EU Bauartprüfzertifikat Nr. CH-MI004-09009-02

Auftraggeber:	**JUMO GmbH & Co. KG** Moritz-Juchheim-Strasse 1 36039 Fulda Deutschland
Anforderungen:	Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (MID) mit messmittelspezifischem Anhang VI (MI-004) Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (SR 941.210) und Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Messmittel für thermische Energie (SR 941.231)
Konformitätsnormen:	EN 1434:2022
Geräteart:	**Temperaturfühlerpaar als Teilgerät eines Wärmerechners**
Typenbezeichnung:	**902428/90**
Kenndaten:	ϑ_{min}: 0 °C ϑ_{max}: 150 °C $\Delta\vartheta_{min}$: 3 K $\Delta\vartheta_{max}$: 150 K Nenndruck PN: 1.6 MPa (16 bar) Einbaulänge: 75 mm ... 150 mm
Zertifikat gültig bis:	1. September 2034
Benannte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle METAS-Cert Nr. 1259

3003 Bern-Wabern, 2. September 2024

Freigabe durch Gulian Couvreur, Bereichsleiter METAS-Cert

Die vorliegende Revision dieses Zertifikats ist die einzige gültige und ersetzt alle vorherigen Revisionen.
Dieses Dokument ist nur in elektronischer Form gültig und überprüfbar.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.metas.ch/ecert

METAS
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Schweiz, Tel. +41 58 387 01 11, www.metas.ch