



## EU Bauartprüfzertifikat Nr. CH-MI004-09009-01

**Auftraggeber:** **JUMO GmbH & Co. KG**  
Moritz-Juchheim-Strasse 1  
36039 Fulda  
Deutschland

**Anforderungen:** Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (MID) mit messmittelspezifischem Anhang VI (MI-004)  
Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (SR 941.210) und Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Messmittel für thermische Energie (SR 941.231)

**Konformitätsnormen:** EN 1434:2007  
EN 1434:2015

**Geräteart:** **Temperaturfühlerpaar als Teilgerät eines Wärmerechners**

**Typenbezeichnung:** **902428/90**

**Kenndaten:**

$\vartheta_{\min}$ :	0 °C
$\vartheta_{\max}$ :	150 °C
$\Delta\vartheta_{\min}$ :	3 K
$\Delta\vartheta_{\max}$ :	150 K
Nenndruck PN:	1.6 MPa (16 bar)
Einbaulänge:	75 mm ... 150 mm

**Zertifikat gültig bis:** 2. Juli 2024

3003 Bern-Wabern, 25. Oktober 2016

**Benannte Stelle:** Konformitätsbewertungsstelle METAS-Cert, Nr. 1259



Gullian Couvreur, Leiter METAS-Cert