

2. E R G Ä N Z U N G

zur Bescheinigungsnummer: **TÜV 00 ATEX 1558**

Gerät: Mantel-Widerstandsthermometer Typ 902221/32-***

Hersteller: JUMO GmbH & Co. KG

Anschrift: Moritz-Juchheim-Str. 1
36039 Fulda

Auftragsnummer: 8000415634

Ausstellungsdatum: 30.01.2013

Änderungen:

Die Änderungen dieser zweiten Ergänzung umfassen die Bewertung des Gerätes für die Normengenerationsänderung (EN 60079-0:2006 nach EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 nach EN 60079-11:2012).

Die elektrischen Daten sowie alle weiteren Angaben gelten unverändert für diese Ergänzung.

Das Gerät incl. dieser Ergänzung erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-0:2009 **EN 60 079-11:2012**

Zulässiger Bereich der Umgebungstemperatur	-20 °C bis +75 °C (unverändert)
--------------------------------------------	---------------------------------

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 12 203 112764 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen


keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, benannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Der Leiter der benannte Stelle



Schwedt

Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Tel.: +49 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0) 511 986-1590